



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny**  
**Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**  
**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 53/ZP/2016  
DZP/ 302 /2016

Zgorzelec, dnia 29.11.2016r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE NR 2

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego AMBULANSU wraz z wyposażeniem**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

#### **PYTANIE NR 1-2**

Dotyczy przenośnego aparatu USG:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który posiada monitor o przekątnej 15 cali. Mniejszy rozmiar monitora nie zmniejszam możliwości diagnostycznych aparatu oraz komfortu pracy diagnosty, gdyż aparat posiada funkcję powiększania obrazu diagnostycznego na pełny ekran. Większość rozwiązań konkurencyjnych pomimo większego rozmiaru monitora wykorzystuje jedynie część tego ekranu na obraz diagnostyczny. 15 calowy ekran w naszym rozwiązaniu powoduje niewielką wagę (ok. 6 kg wraz z baterią) oraz kompaktową budowę a w konsekwencji mobilność całego urządzenia, co mamy nadzieję jest istotne dla Zamawiającego.
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, który nie posiada możliwości zamontowania nagrywarki CD/DVD w korpus aparatu, obsługuje natomiast zdecydowaną większość dostępnych na rynku zewnętrznych nagrywarek poprzez złącze USB. Obecnie właśnie złącze USB wykorzystywane jest znacznie częściej niż nagrywarki do archiwizacji badań pacjentów.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi na pytania, Zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) - informuje, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert następująco:

**NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 02.12.2016r. do godz. 12:00**

**NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – w dniu 02.12.2016r. o godz. 12:30**

Zmieniona SIWZ (w powyższym zakresie) oraz zmienione ogłoszenie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spzoz.zgorzelec.pl](http://www.spzoz.zgorzelec.pl).

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail**  
**[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka  
e-Mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)