



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax 75/77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec, dnia 14.07.2017r.

Numer sprawy 2/ZP/2017  
DZP/281/2017

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### **WYBÓR OFERT NR 3**

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego**

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie z art. 93 ust. 3 uPzp o unieważnieniu postępowania – w każdym z pakietów indywidualnie.

### **PAKIET NR 13**

Unieważniono na podst. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

#### **I. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:**

1. KONSORCJUM:
  - 1) LIDER KONSORCJUM:  
BAFARM Sp. z o.o.  
ul. Długa 3, 43-100 Tychy
  - 2) UCZESTNIK KONSORCJUM:  
Biuro Finansowe FINANSER Sp. z o.o.  
ul. Gajowa 54/1, 85-087 Bydgoszcz
2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław  
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław
3. PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

#### **II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

#### **III. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:**

Odrzucono oferty:

**1. Ofertę firmy KONSORCJUM: 1) LIDER KONSORCJUM: BAFARM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 3, 43-100 Tychy, 2) UCZESTNIK KONSORCJUM: Biuro Finansowe FINANSER Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gajowa 54/1, 85-087 Bydgoszcz** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) **gdyż jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.**

W pozycji nr 3 pakietu Zamawiający wymagał zestawu laryngologicznego w dwóch rozmiarach, w których średnica zewnętrzna wziernika do ucha ma 4mm (dla większego rozmiaru) i 2mm (dla mniejszego rozmiaru). Po sprawdzeniu złożonej przez Państwa próbki i dokonaniu pomiarów okazało się, iż średnica zewnętrzna wziernika dla większego rozmiaru to 6-7mm oraz 5mm dla mniejszego rozmiaru. Zaproponowane zestawy nie spełniały wymagań SIWZ i oferta podlegała odrzuceniu jak we wstępie.

**2. Ofertę firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław z siedzibą ul. Widna 4, 50-543 Wrocław** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) **gdyż jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.**

W pozycji nr 3 pakietu Zamawiający wymagał zestawu laryngologicznego w dwóch rozmiarach, w których średnica zewnętrzna wziernika do ucha ma 4mm (dla większego rozmiaru) i 2mm (dla mniejszego rozmiaru). Po sprawdzeniu złożonej przez Państwa próbki i dokonaniu pomiarów okazało się, iż średnica zewnętrzna wziernika dla większego rozmiaru to 6-7mm oraz 5-6mm dla mniejszego rozmiaru. Zaproponowane zestawy nie spełniały wymagań SIWZ i oferta podlegała odrzuceniu jak we wstępie.

**3. Ofertę firmy PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) **gdyż jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.**

W pozycji nr 3 pakietu Zamawiający wymagał zestawu laryngologicznego w dwóch rozmiarach, w których średnica zewnętrzna wziernika do ucha ma 4mm (dla większego rozmiaru) i 2mm (dla mniejszego rozmiaru). Po sprawdzeniu złożonej przez Państwa próbki i dokonaniu pomiarów okazało się, iż średnica zewnętrzna wziernika



dla większego rozmiaru to 5mm oraz 4mm dla mniejszego rozmiaru. Zaproponowane zestawy nie spełniają więc wymagań SIWZ i oferta podlega odrzuceniu jak we wstępie.

## **PAKIET NR 49**

### **I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:**

**Medtronic Poland Sp. z o.o.**

**ul. Polna 11, 00-633 Warszawa**

**wartość brutto – 6 156,00zł**

**termin realizacji zamówienia – 3 dni**

### **UZASADNIENIE WYBORU:**

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczególnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100 punktów, w kryteriach jakimi były: cena (98%), termin realizacji zamówienia (2%).

### **II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:**

1. EMPIREUM Piotr Dopieralski  
ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
2. Medtronic Poland Sp. z o.o.  
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

### **III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:**

Nr oferty	CENA	PKT-y (98)	Termin dostawy	PKT-y (2)	RAZEM
<b>34 MEDTRONIC</b>	<b>6 156,00</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

### **IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

### **V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:**

Odrzucono ofertę firmy **EMPIREUM Piotr Dopieralski z siedzibą ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna** na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 2** ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) – **gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.**

W złożonej przez Państwa ofercie w poz. 2 zaoferowaliście Państwo czujnik dedykowany dla noworodków o wadze 1-20kg o numerze DIF-NLO, zaś Zamawiający wymagał czujnika pediatrycznego dla dzieci o wadze 3-20kg. W związku z powyższym zaproponowany przedmiot zamówienia nie spełniał wymagań SIWZ i oferta podlegała odrzuceniu jak we wstępie.

### **VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY**

Termin po upływie którego umowa może być zawarta – 24.07.2017r. – **(art. 94 ust. 1 pkt 1)** ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami).

Planowany termin zawarcia umowy – **25.07.2017r.**

\_\_\_\_\_  
DYREKTOR  
Wielospecjalistycznego Szpitala-  
-SP ZOZ w Zgorzlecu  
Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi:  
e-mail:

Agnieszka Horodecka  
[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)