



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 4/ZP/2017

Zgorzelec, dnia 05.04.2017r.

DZP/ 71 /2016

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE 2

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i innego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb mikrobiologii oraz immunochemii”.**

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

#### PYTANIE 1:

**Dotyczy: SIWZ**

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 sztukę/ oznaczeniowyrobów/ odczynników z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06). (rozdział 14 pkt 14.3.)
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na **płyce CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?** (rozdział 7, pkt 7.6. ppkt 7.6.1-7.6.6., 7.6.7.: 7.6.7.1. – 7.6.7.3.)
3. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie **poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie** tomu dla jego pozostałych stron? (rozdział 7, pkt 7.6. ppkt 7.6.1-7.6.6., 7.6.7.: 7.6.7.1. – 7.6.7.3.)

**Odp. 1 . Zgodnie z wymogami SIWZ.**

**Odp. 2 . Zamawiający wymaga załączenia dokumentów w wersji papierowej.**

**Odp. 3 . Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? (§ 6 ust. 5, 7)
5. Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 11 ust. 1 pkt 3)
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 7 ust. 1 lit. a, b)
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów: „Wydzierżawiający sporządzi dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia oraz zabezpieczy wsparcie merytoryczne obsługi analizatora 24h/dobę **w dni robocze** przez okres 21 dni od wdrożenia analizatora do rutynowej pracy.”? (§ 4 ust. 6)
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów:„ W przypadku gdy czas naprawy ulegnie wydłużeniu powyżej 48 godziny **w dni robocze** od zgłoszenia usterki, lub gdy nie ma możliwości jego naprawy, Wydzierżawiający dostarczy zastępczy przedmiot umowy, o zbliżonych parametrach technicznych, spełniający wymagania Dzierżawcy, w ciągu kolejnych 48 godzin **w dni robocze.**”? (§ 5 ust. 5)



9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 7 ust. 1)
10. Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.  
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na firmę xxx.(§ 4 ust. 3)
11. Czy Zamawiający dopuści możliwość naliczania kar umownych od wartości **miesięcznego** czynszu dzierżawnego netto? (§ 7 ust. 1 lit. b)
12. Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.(§ 11 ust. 2)

**Odp. 4 . Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Odp. 5. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe**

**Odp. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Odp. 7. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w Pakiecie nr 3. Pozostałe Pakiety winny spełniać wymogi określone w SIWZ. Zmiana j/w została ujęta w projekcie umowy.**

**Odp. 8. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w sposób następujący:**

„W przypadku gdy czas naprawy ulegnie wydłużeniu powyżej **3 dni roboczych** od zgłoszenia usterki, lub gdy nie ma możliwości jego naprawy, Wyzierzawiający dostarczy zastępczy przedmiot umowy, o zbliżonych parametrach technicznych, spełniający wymagania Dzierżawcy, w ciągu kolejnych **48 godzin - w dni robocze**”

**Odp. 9 . Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Odp. 10 . Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Odp. 11 . Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Odp. 12. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość przedłużenia umowy – w przypadku niezrealizowania wartości w czasie trwania umowy – do czasu całkowitej realizacji kontraktu. Czas przedłużonej w ten sposób umowy - zależeć będzie od ilości pozostałych do realizacji przedmiotów umowy. Zamawiający przypomina, że zawarcie aneksu dot. przedłużenia umowy jest prawem a nie obowiązkiem stron i zależy od woli stron.**

## **PYTANIE 2:**

1. Dotyczy pakietu nr 1 i 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ze względu na bardzo dużą ilość stron, instrukcje odczynnikowe, metodyki, instrukcje aparaturowe itp. zostały dołączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie bądź na płycie CD - oszczędność papieru w ramach ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627)?

**Odp.: Zamawiający wymaga złożenia wersji papierowej dokumentu. Z uwagi jednak na dużą ilość stron – Zamawiający dopuszcza podpisanie przez osobę reprezentującą - strony pierwszej - z zaznaczeniem, iż dotyczy ponumerowanych przez Wykonawcę stron: „od str. 1 do str. ....”**

2. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

*Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii.*

*Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi. W przypadku braku umowy powierzenia administrator danych może się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i odpowiedzialność karną z art 51 oraz 52 ustawy o ochronie danych osobowych.*

**Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy o treści następującej:**



### „§ 13.1 Ochrona Danych Osobowych

- 1) Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn.zm.”) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.
- 2) W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu analizatora oraz szpitalnego systemu laboratoryjnego, jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
- 3) Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

### § 13.2 Poufność

- 1) Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:
  - a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy;
  - b) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;
  - c) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503);
  - d) innych informacji prawnie chronionych;które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.
- 3) Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.”

3. Dotyczy zał. Nr 3 opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 pkt. 19. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację:  
„W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca pokryje różnicę kosztów badań zleconych przez Zleceniodawcę innym podmiotom a ceną wynikającą z umowy.”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących terminów ważności:

#### **Pakiet nr 1:**

Gotowe podłoża na płytkach z krwią: 4-5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego ?

Gotowe podłoża na płytkach bez krwi i podłoża chromogenne : 5-6 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**



Pozostałe min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, za wyjątkiem odczynnika „MCFARLAND STANDARD” dla którego producent określił termin ważności 3 miesiące ?

**Odp. Zamawiający wymaga zaofiarowania terminu min. 6 m-cy (za wyjątkiem odczynnika „MCFARLAND STANDARD” – 3 m.ce).**

**Pakiet nr 2** min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

*Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum*

**Odp. Zamawiający wymaga zaofiarowania terminu min. 6 m-cy (za wyjątkiem odczynników, w których producent określił inny termin ważności). Powyższe dot. Pakietu 1 i 2.**

5. Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko te odczynniki spełniały wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację ?

*Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty, odczynniki są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych (nie są objęte obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE), nie podlegają rejestracji i polskie prawo nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeń dla takich wyrobów).*

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, wymaga wyszczególnienia odczynników, które nie są sklasyfikowane jako wyrób medyczny.**

6. Dotyczy Załącznika nr 3 tabela nr 4 ( parametry graniczne ) pkt 11 , tabela nr 5 pkt 19 , tabla nr 10 pkt. 16:

Czy Zamawiający może ujednoczyć zapisy siwz tj. czy wymóg dołączenia do oferty certyfikatu przeglądu technicznego dopuszczającego aparat do eksploatacji dotyczy jedynie używanego sprzętu – tak jak jest to zawarte na stronie 6 siwz pkt. 7.6.3?

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż certyfikat przeglądu technicznego dopuszczającego aparat do eksploatacji dotyczy jedynie sprzętu używanego.**

7. Dotyczy zał. Nr 3 opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 pkt. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację: „W przypadku awarii analizatora, Wykonawca pokryje różnicę kosztów badań zleconych zewnętrznemu laboratorium a ceną wynikającą z umowy.”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

8. Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikaty kontroli jakości były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich do każdej dostawy? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

#### **Dotyczy pakietu nr 1:**

9. Czy w celu prawidłowego wykonania oznaczeń w pozycjach 15 i 42 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wydzierżawienie pipety automatycznej i rozszerzenie tabeli IX Dzierżawa sprzętu o dodatkową pozycję?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na „rozbicie” w Formularzu cenowym – analizatorów (aparatów) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) - na poszczególne (niezbędne) elementy składowe oraz ich wycenę (dzierżawę).**

**Z uwagi na specyfikę zamówienia i różnorodność oferowanych analizatorów przez różnych Wykonawców - Zamawiający nie określił szczegółowo analizatorów (i ich części) podlegających dzierżawie – pozostawiając to w gestii Wykonawcy.**

10. Czy w punkcie 54 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wydzierżawienie urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny i rozszerzenie formularza cenowego o wycenę tej pozycji lub umieszczenie jej w punkcie IX „Dzierżawa sprzętu” w formularzu cenowym?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na „rozbicie” w Formularzu cenowym – analizatorów (aparatów) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) - na poszczególne (niezbędne) elementy składowe oraz ich wycenę (dzierżawę).**

**Z uwagi na specyfikę zamówienia i różnorodność oferowanych analizatorów przez różnych Wykonawców - Zamawiający nie określił szczegółowo analizatorów (i ich części) podlegających dzierżawie – pozostawiając to w gestii Wykonawcy.**



11. Czy w załączniku nr 3 w punkcie 1 Opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga wdzierżawienia urządzenia typu wortex, które pozwoli odpowiednio wymieszać zawiesinę bakteryjną i czy wymaga rozszerzenia formularza cenowego o wycenę tej pozycji lub umieszczenie jej w punkcie IX „Dzierżawa sprzętu” w formularzu cenowym?

**Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego; Zamawiający wyraża zgodę na ujęcie w Formularzu cenowym w pkt. „dzierżawa” - odrębnie przedmiotu j/w.**

12. Czy w załączniku nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie punktu IX „Dzierżawa sprzętu” w tabeli cenowej o wiersze zawierające wycenę wszystkich elementów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i rozpisanie poszczególnych kwot dzierżaw? :

punkt 1 - 1.1 - dzierżawa analizatora mikrobiologicznego; 1.2 dzierżawa urządzenia typu wortex

punkt 2 - 2.1 - dzierżawa analizatora do posiewu krwi wraz z UPS; 2.2 dzierżawa systemu do barwienia preparatów metodą Grama

punkt 4 - 4.1 - dzierżawa aparatu do badania próbek powietrza; 4.2 dzierżawa aplikatora do badania powierzchni

punkt 6 - 6.1 - dzierżawa laptopa

**Odp.: Zamawiający informuje, iż wymaga uzupełnienia w Formularzu cenowym – tabeli „Dzierżawa” – o wiersze zawierające wycenę wszystkich elementów, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i rozpisanie poszczególnych kwot dzierżaw.**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę także na „rozbięcie” elementów głównych np. „analizatora mikrobiologicznego do inkubacji, odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych z UPS” – na poszczególne elementy i składniki dzierżawy (wg. woli Wykonawcy)**

**Z uwagi na specyfikę zamówienia i różnorodność oferowanych analizatorów przez różnych Wykonawców - Zamawiający nie określił szczegółowo analizatorów (i ich części) podlegających dzierżawie – pozostawiając to w gestii Wykonawcy.**

**UWAGA – rozpisując dzierżawę przedmiotu – proszę uwzględnić wymaganą ilość sztuk.**

13. Czy w załączniku nr 3, punkt 12, ppkt 1 Zamawiający ma na myśli podłączenie analizatora mikrobiologicznego do inkubacji, odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych oraz analizatora do posiewu krwi?

**Odp.: TAK**

14. Czy w załączniku nr 3, punkt 12, ppkt 5 i 6 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia pakietu odczynników startowych w takim przypadku, jeżeli są one znane Zamawiającemu z dotychczasowego użytkowania i wybrana najkorzystniejsza oferta będzie kontynuacją/przedłużeniem pracy na tych odczynnikach?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Czy załączniku nr 3 w tabeli nr 10 w punkcie 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu wyprodukowanego w październiku 2010 roku?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

16. Czy Zamawiający dopuści, aby informacje o każdej zmianie i aktualizacji dostępne były w formie elektronicznej, dostęp poprzez rejestrację do Biblioteki Technicznej przy użyciu indywidualnego konta użytkownika, oraz uwzględni w/w zmiany w treści § 2 punkt 11 umowy?

**Odp.: Zamawiający wymaga, by informacja o każdej zmianie i aktualizacji – była dostępna w formie papierowej lub elektronicznej (e-mail).**

17. Czy w poz. 56 Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o dodatkowe wiersze w celu wyceny wszystkich niezbędnych odczynników - elementów zestawu?

Każdy z odczynników ma inny numer katalogowy oraz inną cenę za opakowanie.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego aparatu:

**„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium.**

**W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”.**

*Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewni bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń pracy*



urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych . Jednocześnie stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i wprowadza dodatkowy punkt 11 w § 5 projektu umowy – o treści j/w.**

19. Czy w pozycji 8 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wymaga dostarczenia podłoża, którego zastosowanie do posiewu moczu, w tym dokładne opisanie procedury ilościowego posiewu, a następnie oceny bakteriurii jest zawarte w instrukcji używania opracowanej przez producenta?

**Odp.: TAK**

20. Czy w pozycji 12 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogennego przeznaczonego m.in. do badania materiałów klinicznych z możliwością inkubacji płytek w 37°C ± 1°C lub 42°C ± 1°C przez 24 lub 48 godzin w warunkach mikroaerofilnych?

**Odp.: TAK**

21. Czy w pozycji 12 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża do badania próbek klinicznych, czego wyrazem powinna być Deklaracja Zgodności lub zgłoszenie / powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odp.: TAK**

22. Czy w pozycji 25 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wymaga, aby test był kompletny, tzn zawierał wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania, np. kontrolę zmętnienia, kontrolę ujemną, bufor lizujący?

**Odp.: TAK**

23. Czy w pozycji 40 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wymaga, aby odczyt odbywał się po 24 h inkubacji w warunkach beztlenowych, bez dodatkowych narzędzi (np. lamy UV)?

**Odp.: TAK**

#### **Dotyczy Pakietu nr 2**

24. Dotyczy punktu 1 załącznika nr 3 Czy Zamawiający dopuści analizator o wymiarach Wysokość = 76 cm , Szerokość 80 cm , Długość =76 cm z wbudowanym dotykowym monitorem ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu j/w. – pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.**

25. Dotyczy punktu 12 załącznika nr 3 Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia aparatu , który gwarantuje wykonanie pojedynczych oznaczeń / monotestów / dopuści analizator o wydajności ok. 71 próbek/dzień (przy założeniu 8 godzin pracy w ciągu dnia ) ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu j/w. – pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.**

26. Dotyczy punktu 13 załącznika nr 3 Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością pracy na probówkach dowolnego systemu zamkniętego , ale o dopuszczalnych wymiarach : Ø 16x100mm, Ø 13x100mm, Ø 13x75mm, Ø 12x75mm, Cups Ø 13,5x38,1mm. ?

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu j/w. – pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.**

27. Dotyczy punktu 23 załącznika nr 3 Czy nie nastąpiła pomyłka wymagany program jakości p/c anty HIV kontroli Labquality posiada nr 5091, a nie 5191 Prosimy o poprawienie wymogu ?

**Odp.: Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki – winno być 5091.**

28. Czy Zamawiający dopuści aby informacje o każdej zmianie i aktualizacji dostępne były w formie elektronicznej , dostęp poprzez rejestrację do Biblioteki Technicznej przy użyciu indywidualnego konta użytkownika , oraz uwzględni w/w zmiany w treści § 2 punkt 11 umowy ?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem każdorazowego poinformowania przez Wykonawcę o zaistniałej zmianie – na e-mail Zamawiającego. Zmiana umowy dot. § 2 ust. 9 projektu umowy.**

29. Czy w załączniku nr 3, punkt 12, ppkt 5 i 6 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia pakietu odczynników startowych w takim przypadku, jeżeli są one znane Zamawiającemu z dotychczasowego użytkowania i wybrana najkorzystniejsza oferta będzie kontynuacją/przedłużeniem pracy na tych odczynnikach?

**Odp.: NIE.**



30. Czy Zamawiający może wyjaśnić czy nie nastąpiła pomyłka w załączniku nr 2 , pakiet nr 2 , Tab 1 w pozycji 9 jest Procalcytinina a powinna być Prokalcytonina ?

**Odp.: Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki, winno być Prokalcytonina**

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 6

Z : „ Instalacja przedmiotu umowy, szkolenie pracowników Dzierżawcy i walidacja przy użyciu pakietu startowego – będą wykonane w terminie ujętym w opisie przedmiotu zamówienia. Wydzierżawiający sporządzi dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia oraz zabezpieczy wsparcie merytoryczne obsługi analizatora 24h/dobę przez okres 21 dni od wdrożenia analizatora do rutynowej pracy.”

Na : „ Instalacja przedmiotu umowy, szkolenie pracowników Dzierżawcy i walidacja przy użyciu pakietu startowego – będą wykonane w terminie ujętym w opisie przedmiotu zamówienia. Wydzierżawiający sporządzi dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia oraz zabezpieczy wsparcie merytoryczne obsługi analizatora w godzinach od 8 :00 do 16 :30 przez okres 21 dni od wdrożenia analizatora do rutynowej pracy.” ?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dot. wszystkich Pakietów - za wyj. Pakietu nr 3).**

#### **Pytania do umowy ( zał. nr 6 ):**

32. §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie ustalić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po Stronie Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o przychylną odpowiedź na pytanie. Wykonawca dopuszcza składanie zamówień drogą elektroniczną (e-mail), faksem lub w formie pisemnej.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownych zmian w projekcie umowy.**

33. §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?

**Odp.: Jak w pkt. powyżej.**

34. §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?

**Odp.: Jak w pkt. powyżej.**

35. §2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownych zmian w projekcie umowy.**

36. §2 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

37. §3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

38. §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić bezwzględnie (tj. pisemnie - faksem lub e-mailem) Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację (jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) i wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych - od uzyskania informacji o powyższym od Zamawiającego – na swój koszt.”?

Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający może okazać się terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownych zmian w projekcie umowy.**

39. §3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu towaru.”?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownych zmian w projekcie umowy.**

40. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotów wym. w § 1 ust.1 niniejszej umowy, przedmioty j/w są kompletne, bez wad i nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz, że przedmioty umowy posiadają wszelkie dokumenty wymagane prawem dopuszczające go do użytkowania w placówkach służby zdrowia, jak też posiadają wszelkie wymagane prawem - certyfikaty i atesty. Dzierżawca



zastrzega sobie prawo do żądania na każde wezwanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu. Wyzierzawiający ma obowiązek przedstawić dokumenty w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania.”?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownych zmian w projekcie umowy.**

41. §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„W przypadku gdy czas naprawy ulegnie wydłużeniu powyżej 3 dni roboczych od zgłoszenia usterki, lub gdy nie ma możliwości jego naprawy, Wyzierzawiający dostarczy zastępczy przedmiot umowy, o zbliżonych parametrach technicznych, spełniający wymagania Dzierżawcy, w ciągu kolejnych 48 godzin.”?

**Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w sposób następujący:**

**„W przypadku gdy czas naprawy ulegnie wydłużeniu powyżej 3 dni roboczych od zgłoszenia usterki, lub gdy nie ma możliwości jego naprawy, Wyzierzawiający dostarczy zastępczy przedmiot umowy, o zbliżonych parametrach technicznych, spełniający wymagania Dzierżawcy, w ciągu kolejnych 48 godzin - w dni robocze”**

42. §5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„Za czas nieczynności przedmiotu dzierżawy – Zamawiający zleci wykonanie badań w laboratorium na zewnątrz w ilości wynikającej z brakującego towaru lub wykona je na innym analizatorze i odczynnikach innej firmy, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi z przeprowadzeniem badań na zewnątrz/ innym aparacie i innych odczynnikach a ceną odczynników wynikającą z niniejszej umowy. W tej sytuacji Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie umowy.”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

43. §5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego urządzenia w ciągu kolejnych 3 miesięcy - Wyzierzawiający zobowiązany jest do wymiany urządzenia na inne sprawne o tych samych parametrach i wolne od wad – w terminie do 4 tygodni od daty zgłoszenia o powyższym.”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. §7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„w wysokości 0,1% wartości umownej przedmiotu dostawy nie dostarczonej w terminie lub wadliwej – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - do dnia wykonania umowy - bez wad, dotyczy terminów wynikających z zapisów § 2 pkt. 3, 4, 5, 7, 9 oraz § 3 pkt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, niniejszej umowy.”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. §7 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„w wysokości 0,1% ogólnej wartości opłat dzierżawnych za okres 12 miesięcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, dostawy nie dostarczonej w terminie lub wadliwej lub naruszającej postanowienia dotyczące warunków gwarancji i serwisu – dotyczy szczególnie terminów wynikających z zapisów § 4 ust. 2, 4, 6 oraz § 5 ust. 3, 5, 6, 7, 9 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – do dnia wykonania umowy – bez wad.”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**


**Zmiany Załącznika nr 2 (ZMIANA 2) Załącznika nr 3 (ZMIANA 1) oraz Załącznika nr 6 (ZMIANA 1) do SIWZ - zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail**  
**[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-Mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)

  
Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
WS-SPZOP Zgorzelec  
Agnieszka Horodecka