



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 75 77 22 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec 2017-04-11

DZP/80/2017

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

dotyczy postępowania: Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny pracowni endoskopii przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu

W związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień i zmian treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz.U. poz. 2164 ze zmianami):

Zapytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 3 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna.” ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 3 ustępu o poniższej treści:

„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.” ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1% do 0,05% ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 5

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju o ile ten trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 6

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Pełna gwarancyjna obsługa serwisowa napraw (...).” ?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas usunięcia usterki liczony był od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy).” ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 8

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas usunięcia usterki wynosił 5 dni roboczych?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 9

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 5 dni roboczych od chwili diagnozy uszkodzenia.” ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 10

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 8a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„3 naprawy tego samego istotnego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy.” ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 11

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 8b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„3 niezależne od siebie awarie istotnego elementu w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany elementu na nowy.” ?

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 12

Dotyczy załącznik nr 3 – warunki gwarancji – pkt. 18, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisów?

Uzasadnienie: do czynności serwisowo – konserwacyjnych uprawnieni są tylko pracownicy autoryzowanego serwisu.

NIE, Zamawiający nie wyrazi zgody,

Pytanie 13

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie szafy zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 3 poz. 6, niebędącej wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych i podlegającej 23% stawce podatku VAT?

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14

Dotyczy załącznika nr 3, Pakiet I, poz 1 wieża endoskopowa – procesor wizyjny HDTV 1080 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści zapis: Wyjścia min: 2x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej lub drukarki usb; 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów ?

TAK, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Dotyczy załącznika nr 3, Pakiet I, poz. 2 – videokolonoskop HDTV pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści zapis: Programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej, z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora min. 3 przyciski przy zaoferowaniu aparatu posiadającego dodatkowo dźwignię sterującą ZOOM'em. ?

TAK, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 3, Pakiet I, poz. 1 wieża endoskopowa–Monitor medyczny HD pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści zapis: Obsługiwane wejścia min: 3G-SDI, DVI, S-VIDEO.

Oferowane wejście 3G-SDI posiada wyższe parametry (wyższą przepływowość) od wymaganego przez Zamawiającego wejścia HD-SDI.

TAK, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ poz.8 – myjka ultradźwiękowa

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie myjki ultradźwiękowej zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 3 poz. 8, niebędącej wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych i podlegającej 23% stawce podatku VAT?

TAK

Pytanie 18

Dotyczy poz. 6:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana szafa była zarejestrowana jako wyrób medyczny?

NIE

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana szafa spełniała wymagania prawne obowiązujące w Polsce, a zwłaszcza wymogi normy PN-EN ISO 16442:2015?

Zamawiający nie wymaga spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 16442:2015.

Pytanie 20


Dotyczy poz .7:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania prawne obowiązujące w Polsce, a zwłaszcza wymogi normy PN-EN ISO 15883-4?

TAK

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **2017-04-19**.

Z poważaniem



Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
KRS 000020764 Zgorzelec

mgr Agnieszka Horodecka

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl**