



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 21/ZP/2017
DZP/ 198 /2017

Zgorzelec, dnia 19.05.2017r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego oraz fotela operatora

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

1. Czy Zamawiający dopuści stół i fotel operatora o poniższych parametrach:
Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki, umożliwiający operacje z boku (operator ustawiony w 90° w stosunku do leżącego pacjenta)
Demontowalne podparcia rąk pacjenta z lewej i prawej strony stołu
Stół składany elektrycznie od pozycji siedzącej do pozycji leżącej, z możliwością zapamiętania co najmniej 5 pozycji pośrednich
Podglówek sterowany elektrycznie, umożliwiający usztywnienie pozycji głowy pacjenta podczas zabiegu – dokładna elektryczna regulacja odchylenia głowy pacjenta w osi pionowej od pozycji 0° do pozycji co najmniej +10° do góry ; od pozycji 0° do pozycji co najmniej -19° w dół. Dodatkowo elektryczna regulacja podglówka w kierunku podparcia karku pacjenta w osi pionowej od pozycji 0° do min. +20° do góry
Regulacja elektryczna wzdłużna podglówka – wysunięcie podglówka w kierunku operatora w zakresie minimum 100 mm.
Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie 600-750 mm.
Poduszki bezszwowe pleców, siedzenia oraz podnóżka - demontowalne, łatwe w czyszczeniu i z możliwością wymiany na nowe.
Regulacja ruchu stołu góra / dół przez operatora za pomocą przycisków nożnych wmontowanych w podstawę stołu
Regulacja pozycji pacjenta – wysokości stołu, pozycji siedziska, części podpierającej plecy i nogi, pozycji Trendelenburga, realizowane przy pomocy pilota ręcznego.
Zapamiętywanie co najmniej 5 pozycji stołu wraz z powrotem do pozycji wyjściowej jednym przyciskiem.
Możliwość niezależnego sterowania elektrycznego oparciem, siedziskiem oraz podnóżkiem.
Wybór pozycji Trendelenburga jednym przyciskiem – odchylenie stołu do min -13°
Stół na podstawie jezdnej z centralną nożną blokadą kół, umożliwiającą zablokowanie pozycji stołu w miejscu operacyjnym, za pomocą jednego ruchu nogą.
Zakres zmiany wysokości stołu min. 150 mm
Szerokość stołu nie mniejsza niż 500 mm w sekcji nożnej i siedziska oraz nie mniejsza niż 900 mm w dolnej sekcji oparcia pleców (dopuszczalne zwężenie rozmiaru w kierunku głowy pacjenta)
Bezszwowe obicie stołu operacyjnego – wybór co najmniej 4 kolorów obicia
Podstawa łatwo zmywalna, z co najmniej jednym kołem z blokadą kierunkową
Zasilanie akumulatorowe – umożliwiające bezprzewodową pracę bez doładowywania przez co najmniej 30 pełnych cykli pracy każdego elementu ruchomego stołu
Nośność min. 250 kg

Fotel operatora:

- Fotel operatora przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki z elektryczną regulacją wysokości siedziska góra/dół
Podstawa jezdna, łatwo zmywalna, na trzech kołach z przyciskami sterowania ruchem góra/dół wmontowanymi w podstawę
Podstawa jezdna wyposażona w centralną blokadę jezdną

Siedzisko profilowane z regulacją góra/dół w zakresie min. 530-680 mm
Podparcie pleców operatora z dosuwaniem w kierunku odcinka lędźwiowego w zakresie min.50mm
Regulacja kąta nachylenia podparcia pleców w zakresie +/-15°
Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół min.50mm
Podłokietniki regulowane mechanicznie w zakresie góra/dół co najmniej 100mm i możliwością obrotu w osi 360°
Możliwość wykonania tapicerki fotela w co najmniej 4 kolorach

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych / Zaopatrzenia
WS-SPZOZ w Zgorzelecu
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl