



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 42/ZP/2017
DZP/381/2017

Zgorzelec, dnia 06.12.2017r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę, instalację i uruchomienie noża harmonicznego (z wyposażeniem) wraz z sukcesywnymi dostawami uchwytów jednorazowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala WS-SPZOZ w Zgorzelcu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu j/w

ZAPYTANIE 1:

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t.),) odpowiada na następujące pytania:

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuszcza możliwość złożenia oferty z więcej niż 1 generatorem ultradźwiękowym wraz z 80 końcówkami ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści równoważny fabrycznie nowy, nie powystawowy, generator ultradźwiękowy działający na zasadzie ruchów torsyjnych (oscylacyjnych),

Odp.: TAK, wymóg opisany w SIWZ

- częstotliwość pracy aparatu 55,5 kHz,

Odp.:TAK

- panel czołowy aparatu z ekranem LED pozbawionym pokręteł, łatwy do utrzymania w czystości,

Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania sprzętu zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ.

- możliwość podłączenia wielorazowego przetwornika do gniazda zlokalizowanego na panelu czołowym aparatu,

Odp.: TAK, wymóg opisany w SIWZ

- możliwość odczytu stopnia zużycia wielorazowego przetwornika z wyświetlacza na aparacie,

Odp.: TAK, wymóg opisany w SIWZ – w %.

- sygnalizacja dźwiękowa i wizualna parametrów,

Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania sprzętu zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi w SIWZ.

- wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń na ekranie aparatu,

Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania sprzętu zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi w SIWZ.

- możliwość przełączania pomiędzy trybem pracy z uchwytu końcówki i włącznika nożnego,

Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania sprzętu zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi w SIWZ.

- automatyczne rozpoznawanie podłączonego modelu przetwornika i dobieranie parametrów,

Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania sprzętu zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi w SIWZ.

- aktywacja instrumentu z rękojeści lub 2-przyciskowego włącznika nożnego podłączonego do gniazda zlokalizowanego na panelu tylnym aparatu,

Odp.: TAK, wymóg opisany w SIWZ

- przetwornik wielorazowego użytku piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5kHz (2 sztuki),

Odp.: Zamawiający wymaga zaferowania sprzętu zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi w SIWZ.

- przetwornik wielorazowego użytku piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5kHz i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności (2 sztuki),
Odp.: Zamawiający wymaga zaofiarowania sprzętu zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi w SIWZ.

- jednorazowe końcówki do noża harmonicznego przeznaczone dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji posiadające dwa przyciski aktywujące max i min., możliwość cięcia i koagulacji do chirurgii otwartej - dł. 17cm i do laparoskopii dł. ramienia 36cm, śr. 5mm kształt uchwytu pistoletowy (80 szt.; Zamawiający określi rodzaj przy składaniu zamówieniu) ?

Odp.: Zamawiający wymaga zaofiarowania sprzętu zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ.

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
Aneta Mrygoń
mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
Agata Gabrielska
mgr inż. Agata Gabrielska

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl