



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelecu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl

Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 12/ZP/2018
DZP/155/2018

Zgorzelec, dnia 06.04.2018r

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy drobnego sprzętu do zabiegów kardiologicznych i hemodynamiki - depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Pytanie 1 do Pakiet 1, Parametry graniczne i wymagane, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości w torze przedsiionkowym w zakresie 0,5..7,5[mV]?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Pytanie 2 do Pakiet 2, Parametry graniczne i wymagane, pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy o pojemności baterii 1010 mAh? Przewidywana żywotność przy nastawach nominalnych (at A/V: 2.5 V/0.4 ms, 60 b pm, 500 Ω; pacing: 50 %) 11lat 4miesiące

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Pytanie 3 do Umowy wg SIWZ Zał. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do § 2: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać magazynu depozytowego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą 'first in/ first out'. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w magazynie depozytowym, którego termin ważności jest krótszy niż 6 miesięcy. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownej zmiany § 2 projektu umowy.

Pytanie 4 do Umowy SIWZ Zał. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zakresie § 4 na kontynuację używania programatora w ramach przyszłej umowy znajdującego się aktualnie w szpitalu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (pod warunkiem wymiany elementów zużywalnych – na nowe - tj. kabli EKG pacjenta oraz do analizatora) i dokonuje stosownej zmiany w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ oraz § 4 projektu umowy.

Zmienione Załączniki do SIWZ są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „ZMIANA_1”.

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelecu
[Podpis]
mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelecu
[Podpis]
mgr inż. Agata Gabrielska

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl