



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax 75/77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 9/ZP/2018
DZP/228/2018

Zgorzelec, dnia 18.06.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DO PROJEKTU PT.: "MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WS SP ZOZ W ZGORZELCU POPRZEZ WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH" – DOTYCZY PAKIETU NR III i IV

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej Pzp - Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu **zawiadamia o unieważnieniu postępowania w Pakietach nr III oraz IV niniejszego postępowania.**

Uzasadnienie

PAKIET NR III

Zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w Pakiecie j/w - z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

I. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

1. Skamex Sp. z o.o. S.k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Zamawiający działając w myśl **art. 89 ust. 1 pkt 2** ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) **odrzuca ofertę Wykonawcy – firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi zakresie pakietu nr III – gdyż jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.** Zamawiający opisał wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w SIWZ. Jednym z parametrów wymaganych były „Wymiary jednostki kontrolującej nie więcej niż 23cm x 15cm x 9cm (z tolerancją każdego z wymiarów max. +/-5%).

Z kart katalogowych załączonych do oferty wynika, iż przedmiot zamówienia zaferowany przez Państwa posiada wymiary: 23,6cm x 16,8cm x 9,7cm. Oznacza to, iż zaproponowany przedmiot zamówienia nie mieścił się w tolerancji wymiarów opisanej przez Zamawiającego w SIWZ i oferta podlegała odrzuceniu jak we wstępie.

PAKIET NR IV

Zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w Pakiecie j/w - z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

I. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

1. Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o.
Plac Lelewela 2;
01-624 Warszawa

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Zamawiający działając w myśl **art. 89 ust. 1 pkt 2** ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) **odrzuca ofertę firmy Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie pakietu nr IV – gdyż jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.** Zamawiający opisał wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w SIWZ. Jednym z parametrów wymaganych oraz jednocześnie ocenianych była „częstość kompresji – min. 102 uciśnięcia na minutę”. Z kart katalogowych załączonych do oferty wynikało, iż przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada częstość kompresji 102 uciski na minutę, lecz z dokładnością do +/- 2 ucisków na minutę. Oznacza to iż granica określona przez Zamawiającego na poziomie 102 jest niespełniona, gdyż w tym przypadku urządzeniu może to być 100 ucisków, a takie urządzenie nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Biorąc powyższe pod uwagę oferta podlegała odrzuceniu jak we wstępie.

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala-
SP ZOZ w Zgorzlecu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi:
e-mail:

Agnieszka Horodecka
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl