



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 | fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 17/ZP/2018  
DZP/196/2018

Zgorzelec, dnia 24.05.2018r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE NR 2

#### Dotyczy przetargu nieograniczonego dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t. ),) odpowiada na następujące pytania:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści szczypcy biopsyjne jednorazowego użytku; średnica 2,4 długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły; minimalna średnica kanału biopsyjnego 2,8 mm. W opakowaniu 5 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

#### **Pytanie 2**

##### **ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Czy zgodnie z możliwością przewidzianą w SIWZ Zamawiający przewiduje utworzenie depozytu?
2. Jeżeli zamawiający przewiduje utworzenie depozytu, czy zgodzi się na uzupełnienie załącznika nr 9 – projektu umowy o postanowienia dotyczące depozytu w brzmieniu:

#### **§2a WARUNKI DEPOZYTU**

1. Strony mogą utworzyć w siedzibie Zamawiającego depozyt sprzętu, zwany dalej Magazynem. Ilość i parametry sprzętu przekazanego Zamawiającemu na bezpłatne przechowanie do Magazynu zostaną ustalone na podstawie porozumienia Stron.
2. Własność sprzętu przechodzi na Zamawiającego w momencie jego pobrania z Magazynu. Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z magazynu przez Zamawiającego.
3. Niezwłocznie po pobraniu sprzętu Zamawiający wystawi pisemne zamówienie wskazując kod, serię i liczbę pobranych sprzętów.
4. Zamawiający będzie okresowo kontrolował daty ważności przechowywanego sprzętu i poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie ważności, krótszym niż trzy miesiące.
5. Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli warunków przechowywania sprzętu znajdującego się w Magazynie, w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym."

**Odp. 1: Zamawiający nie przewiduje utworzenia depozytu. Zamawiający dokonał stosownej (w tym zakresie poprawki SIWz – str. 3). Zmieniony SIWZ został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „ZMIANA 3”.**

**Odp. 2: W związku z odpowiedzią powyżej - nie dotyczy.**

### **Pytanie 3**

#### **ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

##### **PAKIET nr 2 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem do wyboru szczęki typu: aligatora, aligatora z igłą, owalne, owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1550 lub 2300 mm do wyboru Zamawiającego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

### **Pytanie 4**

##### **Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku pokryte osłonką hydrofilną ułatwiającą przemieszczanie się narzędzia, łyżeczki z okienkiem do wyboru szczęki typu: aligatora, aligatora z igłą, owalne, owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, długość narzędzia 1600 lub 2300 mm do wyboru zamawiającego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

### **Pytanie 4**

##### **Pakiet nr 1**

4. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 Pakietu nr 1, parametry oferowanych narzędzi zgodne z opisem.

**Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich pozycji asortymentowych w Pakiecie.**

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zarządzania  
WS SPZOZ w Zgorzelecu  
mgr Anieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) a/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail  
[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń | e-mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)