



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 | fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 21/ZP/2018
DZP/258/2018

Zgorzelec, dnia 23.07.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny pracowni endoskopii przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu w ramach realizacji projektu pn.: „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne - Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych”

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t.), odpowiada na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 8 - § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

- a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 8 - § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści: „W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego urządzenia i dla nowego urządzenia wynosi 12 miesięcy lub więcej w przypadku gdy pozostały okres gwarancyjny wynikający z umowy gwarancyjnej jest dłuższy niż wskazany.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 8 - § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 8 - § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez dodanie następującej treści:
„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu – załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 5

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

- a) „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w godzinach zegarowych - min.72 h”
- b) „Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części od momentu zdiagnozowania usterki w godzinach zegarowych w dni robocze – 48 h”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 6

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu – załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 6

Prosimy o wydłużenie czasu niezbędnego na usunięcie usterki/awarii wymagającej wymiany części do max. 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 7

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu – załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 8 ppkt a)

Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu:

- a) „3 naprawy tego samego istotnego elementu (podzespołu)....”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp.: Zamawiający informuje, iż wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz, że Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 9

Dot. załącznika nr 3, Ia i IXd Procesor obrazu pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na Obrazowaniu HDTV1080i, SXGA, SDTV?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w rozwiązania.

Pytanie nr 10

Dot. załącznika nr 3, Ia i IXd Procesor obrazu pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu Rozdzielczości1920x1080i?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w rozwiązania.

Pytanie nr 11

Dot. załącznika nr 3, Ia i IXd Procesor obrazu pkt 6.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu. Ta funkcja jest niezwykle rzadko wykorzystywana w trakcie wykonywania badań i nie ma wpływu na ich przeprowadzanie

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 12

Dot. załącznika nr 3, Ia i IXd Procesor obrazu pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na realizowane integracji z systemem PACS poprzez system do archiwizacji danych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 13

Dot. załącznika nr 3, Ia i IXd Procesor obrazu pkt 9.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu powiększenia cyfrowego x1,2–1,5 lub x2,0 z regulacją szybkości (niski, średni, wysoki)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 14

Dot. załącznika nr 3, Ia i IXd Procesor obrazu pkt 18.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu archiwizacji obrazów medycznych w formatach JPG, lub bezstratny BMP?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 15

Dot. załącznika nr 3, Ia i IXd Procesor obrazu pkt 19.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu obudowy kompaktowej – źródło światła i procesor obrazu w jednej obudowie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na czynności serwisowe a przy tym nie wymaga dodatkowych połączeń między modułami.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 16

Dot. załącznika nr 3, Ib i IXe Procesor obrazu pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu oświetlenia głównego ksenon 300W o temperaturze 6 000K?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 17

Dot. załącznika nr 3, Ib i IXe Procesor obrazu pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu Wbudowanej pompy powietrza regulowanej w 5 zakresach – maksymalne ciśnienie 70 kPa?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie parametru wyższego ciśnienia do maksymalnie 70 kPa, zakres regulacji powietrza pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 18

Dot. załącznika nr 3, Ib i IXe Procesor obrazu pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści żywotność wbudowanego oświetlenia głównego ksenon min 500 godz?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 19

Dot. załącznika nr 3, II – Videokolonoskop, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 4-100 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 20

Dot. załącznika nr 3, II – Videokolonoskop, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika: 13,2 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 21

Dot. załącznika nr 3, II – Videokolonoskop, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną końcówki endoskopu: 13,2 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 22

Dot. załącznika nr 3, III – Videogastroskop diagnostyczny, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści Średnicę zewnętrzną wziernika: 9,8 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 23

Dot. załącznika nr 3, III – Videogastroskop diagnostyczny, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną końcówki endoskopu: 10,2 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 24

Dot. załącznika nr 3, IV – Videogastroskop diagnostyczno-zabiegowy, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 4-100 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 25

Dot. załącznika nr 3, IV – Videogastroskop diagnostyczno-zabiegowy, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika: 11,6 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 26

Dot. załącznika nr 3, IV – Videogastroskop diagnostyczno-zabiegowy, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną końcówki endoskopu: 11,5 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 27

Dot. załącznika nr 3, V – Monitor Medyczny

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu:
Sygnału wejścia: 1xDVI-D 1, 1xVGA, 1xSD/HD/3G-SDI, 1xS-Video, 1xComponent?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w rozwiązania.

Pytanie nr 28

Dot. załącznika nr 3, VII – Pompa Kolonoskopowa pkt 5

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu: Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 0 ml/min. do 1900 ml/min.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w rozwiązania.

Pytanie nr 29

Dot. załącznika nr 3, VII – Pompa Kolonoskopowa pkt 6

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu: regulacji przepływu w 10 stopniach?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 30

Dot. załącznika nr 3, VIII Automatyczna Myjnia Endoskopowa, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu:

Urządzenie realizujące automatycznie:

-mycie wstępne z użyciem detergentu

-mycie zasadnicze,

-dezynfekcję chemiczną

-suszenie

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 31

Dot. załącznika nr 3, VIII Automatyczna Myjnia Endoskopowa, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści zapis Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 32

Dot. załącznika nr 3, VIII Automatyczna Myjnia Endoskopowa, pkt 19

Prosimy Zamawiającego odstąpienie od wymogu: odzyskiwanie używanego płynu dezynfekcyjnego i powtórne jego wykorzystywanie do procesu dezynfekcji jest sprzeczne z zasadami epidemiologii szpitalnej.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 33

Dot. załącznika nr 3, VIII Automatyczna Myjnia Endoskopowa, pkt 20

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu:

1 skutecznej lampy UV stale zanurzonej w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w rozwiązania.

Pytanie nr 34

Dot. załącznika nr 3, VIII Automatyczna Myjnia Endoskopowa, pkt 22

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany tester szczelności wykonywał test szczelności przez cały cykl mycia i dezynfekcji endoskopu?

Odp.: Zamawiający nie oczekuje aby oferowany tester szczelności wykonywał test szczelności przez cały cykl mycia i dezynfekcji endoskopu

Pytanie nr 35

Dot. załącznika nr 3, VIII Automatyczna Myjnia Endoskopowa, pkt 22

Czy Zamawiający oczekuje aby wbudowany tester szczelności po wykryciu nieszczelności w endoskopie zatrzymywał dalszy proces dezynfekcji w celu minimalizacji ryzyka zalania endoskopu?

Odp.: Zamawiający nie oczekuje aby oferowany tester szczelności po wykryciu nieszczelności w endoskopie zatrzymał dalszy proces dezynfekcji w celu minimalizacji ryzyka zalania endoskopu.

Pytanie nr 36

Dot. załącznika nr 3, IXa Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 4

Czy Zamawiający dopuści średnicę końcówki endoskopu 14,65 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 37

Dot. załącznika nr 3, IXa Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 7
 Czy Zamawiający dopuści wychylenie końcówki sondy wziernikowej:
 w górę 130°
 w dół 130°
 w lewo 120°
 w prawo 120°

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 38

Dot. załącznika nr 3, IXa Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 8
 Czy Zamawiający dopuści: głębię ostrości 5 – 100 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 39

Dot. załącznika nr 3, IXa Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 9
 Czy Zamawiający dopuści: przełączalną częstotliwość pracy głowicy: 5,0 – 10,0 MHz?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 40

Dot. załącznika nr 3, IXb Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 2
 Czy Zamawiający dopuści: przełączalną częstotliwość pracy głowicy: 5,0 – 10,0 MHz?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 41

Dot. załącznika nr 3, IXb Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 5
 Czy Zamawiający dopuści: głębię ostrości 4 – 100 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 42

Dot. załącznika nr 3, IXb Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 7
 Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika 12,1 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 43

Dot. załącznika nr 3, IXb Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 8
 Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną końcówki: 12,0 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 44

Dot. załącznika nr 3, IXb Videogastroskop ultrasonograficzny pkt 10

Czy Zamawiający dopuści

Kąt zagięcia końcówki endoskopu:

- w górę 130°
- w dół 60°
- w lewo 60°
- w prawo 60°

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 45

Dot. załącznika nr 3, IXc EUS terapeutyczny – Ultrasonograf z funkcją elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym:

Czy Zamawiający zgodnie z nazwą wpisaną w punkcie IXc EUS terapeutyczny – ultrasonograf z funkcją elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym wymaga aby oferowany ultrasonograf posiadał funkcję elastografii w czasie rzeczywistym dostępną na oferowanych głowicach echoendoskopowych EUS?

Odp.: Zamawiający wymaga aby oferowany aparat ultrasonograficzny posiadał funkcję elastografii w czasie rzeczywistym dostępną na oferowanych głowicach.

Pytanie nr 46

Dot. załącznika nr 3, IXc EUS terapeutyczny – Ultrasonograf z funkcją elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ultrasonografu o klasie klinicznej z funkcją elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym o następujących parametrach:

| KLINICZNY APART USG | |
|---------------------|--|
| 1. | System cyfrowy, z cyfrowym układem formowania wiązki w układzie ośmiokrotnym |
| 2. | Zakres częstotliwości pracy określony jako zakres częstotliwości współpracujących z aparatem głowic 1 ÷ 20 MHz |

| | |
|-----|--|
| 3. | Ilość kanałów odbiorczych 8192 |
| 4. | Ilość aktywnych gniazd głowic 3 |
| 5. | Ilość postojowych gniazd głowic 1 |
| 6. | Dynamika wzmocnienia 190 dB |
| 7. | Zakres głębokości penetracji 2 ÷ 36 cm |
| 8. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” wyświetlana na ekranie 600 obr/s |
| 9. | Regulacja TGC 8 zakresów regulacji |
| | TRYBY OBRAZOWANIA |
| 10. | B-mode i B/B |
| 11. | M-mode i B/M |
| 12. | M-mode/Kolor |
| 13. | Obrazowanie Harmoniczne z inwersją impulsu |
| 14. | Szerokopasmowe obrazowanie Harmoniczne wykorzystujące całe pasmo częstotliwości głowicy |
| 15. | Doppler Pulsacyjny PW |
| 16. | Kolorowy Doppler CD |
| 17. | Power Doppler i Kierunkowy Power Doppler |
| 18. | Doppler szerokopasmowy – wysokoczuła technika obrazowania małych przepływów o znacznie większej czułości od Power Dopplera |
| 19. | Doppler Tkankowy kolorowy i spektralny |
| 20. | Obrazowanie „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma różnymi kątami (wielowiązkowe oraz wieloczęstotliwościowe) |
| 21. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |
| 22. | Jednoczesna prezentacja obrazów czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie jeden w trybie B drugi B/CD lub B/Angio |
| 23. | Duplex : 2D + PW, TDI+B/M/PW |
| 24. | Triplex: 2D + CD + PW |
| | MONITOR |
| 25. | Monitor LCD bez przepłotu z filtrem antyrefleksyjnym |
| 26. | Przekątna ekranu 17 cali |
| 27. | Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 |
| 28. | Możliwość regulacji - obrót i przechył |
| | POMIARY PODSTAWOWE |
| 29. | Odległości 8 pomiarów |
| 30. | Poła powierzchni i długości obrysu |
| 31. | Kątów metodą Grafa |
| 32. | Objętości (3 metody pomiaru) |
| | POMIARY DOPPLERA |
| 33. | Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred.) |
| 34. | Indeksów: PI, RI |
| 35. | Steno % |
| 36. | Pomiary gradientów |
| 37. | Czasu, HR |
| 38. | Automatyczny obrys spektrum i pomiary w czasie rzeczywistym |
| | RAPORTY / OBLICZENIA |
| 39. | Naczyniowy |
| 40. | Urologiczny |
| | ELASTOGRAFIA |
| 41. | Elastografia w czasie rzeczywistym dostępna na głowicach echoendoskopowych EUS |
| | ARCHIWIZACJA |
| 42. | Twardy Dysk 500 GB |
| 43. | Video-Drukarka |
| 44. | Napęd DVD – napęd wbudowany w aparat |
| 45. | Port USB do zapisu danych w pamięciach typu Pendrive |
| 46. | Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG, AVI |
| 47. | Możliwość odtwarzania pętli obrazów z różnymi prędkościami |
| 48. | Możliwość zaprogramowania przycisku do symultanicznego zapisywania na wewnętrznym dysku twardym oraz pamięci Pendrive |

| | |
|-------------------------|--|
| 49. | Możliwość zaprogramowania przycisku do symultanicznego drukowania na wideoprinterze oraz zapisywania na wewnętrznym dysku twardym lub pamięci Pendrive |
| DANE ELEKTRYCZNE | |
| 50. | Zasilanie sieciowe 230V /50Hz ±10% |
| 51. | Pobór mocy max. 1500VA |

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 47

Dot. załącznika nr 3, X Wideoduodenoskop pkt 6

Czy zamawiający dopuści: Końcówkę ruchomą odchylaną w 4 kierunkach:

górze – 120°,

dół - 90°,

lewo – 90°,

prawy – 105°

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 48

Dot. załącznika nr 3, XI Enteroskop, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści: Głębokość ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 49

Dot. załącznika nr 3, XI Enteroskop, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści: Średnica zewnętrzna wziernika 9,8 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 50

Dot. załącznika nr 3, XI Enteroskop, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści: Średnica zewnętrzna końcówki wideoenteroskopu 9,8 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Pytanie nr 51

Dot. załącznika nr 3, XI Enteroskop, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu: dedykowanego balonu współpracującego z enteroskopem?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w/w rozwiązania.

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
mgr Aneta Mrygoń

Specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
mgr Radosław Jabłoński

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) a/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń | e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl