



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 23/ZP/2018  
DZP/240/2018

Zgorzelec, dnia 04.07.2018r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)- II

#### ZAPYTANIE 1:

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t. ), odpowiada na następujące pytania:

#### **Pytanie 1**

Zapytanie dotyczy pakietu nr 1 „Zestawy do separacji płytek”.

Czy celem uzyskania najlepszej ceny i wysokiej jakości produktu, Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny zestaw do separacji płytek, który jest opisany poniżej?  
Zestaw do separacji płytek umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z max. 18 ml krwi nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek, otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego składający się z: pojedynczego zestawu do separacji krwi, ze specjalnym dwukomorowym separatorem z regulowanym pokrętkiem i tłokiem, trwale odcinającym odwirowane RBC od osocza, 10 ml roztworu przeciwzakrzepowego, niezbędnych strzykawkę, igieł iniekcyjnych i pobraniowych, łącznika transportowego do strzykawkę Combifix adapter.  
Każdy zestaw posiada wklejki identyfikujące produkt - wklejane do karty pacjenta. Nieodpłatnie do potrzeb realizacji umowy, używana jest wysokiej jakości wirówka z rotorem horyzontalnym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

#### **Pytanie 2**

Pakiet nr 2  
Czy Zamawiający dopuści implanty tytanowe zgodnie z opisem w specyfikacji w rozmiarach od 7 do 12mm.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
mgr Krzysztof Gurdziel

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
mgr Aneta Mrygoń

Otrzymują:  
1) Wykonawcy  
2) strona internetowa  
3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail**  
[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl