



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”



Numer sprawy 24/ZP/2018
DZP/248/2018

Zgorzelec, dnia 10.07.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DO PROJEKTU PT.: „MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WS SP ZOZ W ZGORZELCU POPRZEZ WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH” Znak sprawy: 24/ZP/2018

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t.),) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1 (ZAPYTANIE NR 1)

Dotyczy: Pakiet nr II – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1szt

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie parametru 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia: "Częstość kompresji min. 102 uciśnień na minutę +/- 10 %". Wyżej opisany parametr jest dodatkowo punktowany, jeżeli częstość kompresji będzie wynosił powyżej 120 uciśnień na minutę- Zamawiający przyzna 5 pkt. Chcielibyśmy zauważyć, że jest to sprzeczne z wytycznymi ERC 2015 oraz AHA 2015. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu punktacji na >110 a <120 uciśnień na minutę.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego. Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje zmiany Załącznika nr 3 Zadanie nr 2, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 2 (ZAPYTANIE NR 1)

Dotyczy: Pakiet nr II – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1szt

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które wyposażone jest w system stabilizacji pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowej podkładki pod głowę, z mocowaniem rąk wzdłuż osi ciała.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 (ZAPYTANIE NR 1)

Dotyczy: Pakiet nr II – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1szt

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej wraz z torbą i akcesoriami z wagą wynoszącą 12 kg?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 (ZAPYTANIE NR 1)

Dotyczy: Pakiet nr II – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1szt

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty podpisania umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 (ZAPYTANIE NR 2)

Dotyczy: Pakiet nr I – Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych – 2szt

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych różniący się względem SIWZ:

- temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37 ° C od temperatury otoczenia po około 4 minutach
- zakres prędkości podaży ogrzanego płynu 50-5000 ml/godz
- sygnał wizualny i dźwiękowy informujący o zbyt wysokiej temperaturze

- element grzejny w postaci specjalnych trójświatłowych linii z płaszczem wodnym - ogrzewanie przetaczanego płynu następuje na drodze podgrzewacza – wkłucie do pacjenta, o długości 2,1m; linia może zostać umieszczona na ramieniu natomiast samo urządzenie może zostać zamocowane na stojaku umieszczonym max 2 m od pacjenta

- wymiary ogrzewacza: 24,1 x 21,0 x 17,8 cm

- urządzenie klasy 1, typ BF, IPX1

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 (ZAPYTANIE NR 2)

Dotyczy: Pakiet nr I – Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych – 2szt

Czy Zamawiający uzna warunek z pkt 7 za spełniony jeśli oferowane urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych spełnia ostre kryteria amerykańskiego stowarzyszenia banków krwi AABB (American Association of Blood Banks) i jest zarejestrowane do sprzedaży w Polsce?

Odp. Zamawiający nie uzna spełnienia warunku w w/w przypadku.

Pytanie 7 (ZAPYTANIE NR 3)

Dotyczy: Pakiet nr I – Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych – 2szt

Poz. 7 – dotyczy parametrów granicznych

Prosimy Zamawiającego, o doprecyzowanie czy do oferty podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych należy dostarczyć Opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii potwierdzającą, że stosowanie podgrzewacza do przetaczania koncentratów krwinek czerwonych nie wpływa na zmianę ich parametrów jakościowych.

Odp. Zamawiający informuje, zgodnie z zapisami pkt. 7.6.7 SIWZ oraz pkt. 7 Opisu przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1) wymagać będzie złożenia powyższego dokumentu na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w pkt. 7.6.7 SIWZ oraz załącznika nr 3, zadanie nr 1 opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7, w zakresie dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Pytanie 8 (ZAPYTANIE NR 3)

Dotyczy: Pakiet nr I – Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych – 2szt

Poz. 10 – dotyczy warunków gwarancji i serwisu oferowanego produktu

Prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie urządzenia, którego przeglądy okresowe w okresie gwarancji lub po okresie gwarancji, wykonywane zgodnie z zaleceniem producenta – wykonywane są za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 9 (ZAPYTANIE NR 3)

Dotyczy: Pakiet nr I – Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych – 2szt

Poz. 14 – dotyczy warunków gwarancji i serwisu oferowanego produktu

Prosimy Zamawiającego, o doprecyzowanie, czy ze względu na fakt, że przeglądy okresowe oferowanego urządzenia mogą być dokonywane za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej, na wezwanie Zamawiającego może zostać dostarczony dokumenty wydany przez producenta potwierdzający możliwość wykonywania takich przeglądów przez dystrybutora.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego możliwość wykonywania takich przeglądów przez dystrybutora.

Zmienione dokumenty Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ i dokonuje zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia 13.07.2018 na dzień 17.07.2018. Godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.

Specialista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
mgr Radosław Jabłoński

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
mgr Aneta Mrygón

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl