



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858 | fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 32/ZP/2018

Zgorzelec, dnia 29.08.2018 r.

DZP/ 288 /2018

Z A P Y T A N I E 1

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

pn.: „Sukcesywne dostawy worków na odpady, worków śniadaniowych, środków dezynfekcyjnych oraz uniwersalnych dozowników do preparatów do mycia i dezynfekcji, wanien do dezynfekcji narzędzi”

W związku z otrzymanymi w przedmiotowym postępowaniu pytaniami, Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet 1. poz.1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie dozownika, który dozuje preparaty w ilości 1ml, 2 ml lub 3ml, spełniający pozostające wymagania SIWZ. Oferowany przez nas dozownik pozwoli Zamawiającemu np. skrócić czas dezynfekcji higienicznej (jednorazowo można dozować całkowitą ilość produktu wymaganą dla dezynfekcji higienicznej tj. 3ml) oraz dodatkowo dozownik ten pozwoli wyeliminować błąd ludzki w trakcie tej procedury (dozownik wymagający kilkukrotnego dozowania, mógłby spowodować, że użytkownik poprzez nieodpowiednią ilość naciśnięcia dozownika zaaplikowałby zbyt małą ilość produktu).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie opisanego w pytaniu produktu, pod warunkiem, że spełniać on będzie pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie 10-litrowej wanienki do dezynfekcji o wymiarach wewnętrznych: 340 x 260 x 170 mm, z sitem wykonanym z PCV. Wanienka wykonana jest z polipropylenu (wytrzymały polimer), posiada wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie, nie ulega przebarwieniu podczas użycia standardowych środków dezynfekcyjnych, jest odporna mechanicznie. Wewnątrz znajduje się oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie opisanego w pytaniu produktu, pod warunkiem, że spełniać on będzie pozostałe wymagania SIWZ, poza dopuszczonymi wymiarami wanny.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie 30-litrowej wanienki do dezynfekcji o wymiarach wewnętrznych: 560 x 370 x 225 mm, z sitem wykonanym z PCV. Wanienka wykonana jest z polipropylenu (wytrzymały polimer), posiada wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie, nie ulega przebarwieniu podczas użycia standardowych środków dezynfekcyjnych, jest odporna mechanicznie. Wewnątrz znajduje się oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Sprawę prowadzi: Teresa Gurdziel
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego w pytaniu produktu, pod warunkiem, że spełniać on będzie pozostałe wymagania SIWZ, poza dopuszczonymi wymiarami wanny.

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz. 4.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 3-litrowej wanienki do dezynfekcji o wymiarach wewnętrznych: 250 x150 x 120 mm, z sitem z PCV. Wanienka wykonana jest z polipropylenu (wytrzymały polimer), posiada wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie, nie ulega przebarwieniu podczas użycia standardowych środków dezynfekcyjnych, jest odporna mechanicznie. Wewnątrz znajduje się oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego w pytaniu produktu, pod warunkiem, że spełniać on będzie pozostałe wymagania SIWZ, poza dopuszczonymi wymiarami wanny.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2, poz. 16, 17, 18

Czy Zamawiający dopuści w poz. 16, 17, 18 worki na odpady szpitalne zamiast kryjącego nadruku w rozm. 7x10cm białą etykietę samoprzylepną w tym samym rozmiarze dołączoną do worka. Etykieta spełnia taką samą funkcję co nadruk na worku i jest wygodniejsza w użyciu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany produkt spełniać będzie pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 2, poz. 1-10 i 16-17

Zwracam się o dopuszczenie w zad. 2 poz. 1-10 i 16-17 worków foliowych z zakładkami zamiast worków płaskich. Worki zgrzewane na płasko bez zakładek wykonywane są ręcznie tzn. każdy worek jest osobno i zwinięte razem w rulon. Natomiast worki z zakładkami posiadają wygodną i łatwą w użyciu perforację ułatwiającą łatwe odrywanie pojedynczych worków z rolki. Worki z perforacją są wygodniejsze w użyciu, są praktyczniejsze w układaniu i magazynowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany produkt spełniać będzie pozostałe wymagania SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa
3. a/a

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzele
mgr Teresa Gurdziel

St. specjalista
ds. zamówień publicznych
WS - SP ZOZ w Zgorzele
mgr Radosław Jabłoński

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl