



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 33/ZP/2018
DZP/293/2018

Zgorzelec, dnia 05.08.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych i jednojamowych z elektrodami i introducerami w formie depozytu (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z użyczeniem programatorów i analizatorów do pomiarów śródoperacyjnych

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o żywotności 8,3 lat przy wskazanych ustawieniach oraz wymagane 9 lat przy włączonej funkcji MVP?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2

Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią IEGM 30,5min?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3

Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na zewnętrznej pamięci USB?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4

Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

Czy Zamawiający będzie tak samo punktował rozwiązanie automatycznych, dźwiękowych zamiast wibracyjnych alarmów pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju tj 1pkt?

Odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 5

Kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią IEGM 30,5min?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6

Kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na zewnętrznej pamięci USB?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7

Kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

Czy Zamawiający będzie tak samo punktował rozwiązanie automatycznych, dźwiękowych zamiast wibracyjnych alarmów pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju tj. 1pkt?

Odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 8

Dot. Parametrów wymaganych ICD DDR pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy o możliwości dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowanie kondensatorów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9

dot. tabeli parametrów wymaganych ICD VR pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy o możliwości dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowanie kondensatorów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Kierownik
Zamówień Publicznych
WS-SPZOZ
Zaopatrzenia
Szpitala
m. Agnieszka Horodecka



Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl