



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858 | fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 40/ZP/2018

Zgorzelec, dnia 26.09.2018 r.

DZP/364/2018

ZAPYTANIE 1

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem do celów medycznych realizowanych przez Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu”

W związku z otrzymanymi w przedmiotowym postępowaniu pytaniami, Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne renomowanego europejskiego producenta firmy MEDIROL model Clinic Extero posiadające następujące parametry?

Nosze główne rozłączne

- Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową
- Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
- Przystosowane do prowadzenia reanimacji
- Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni
- Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.
- Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
- Dodatkowy zestaw pasów służący do transportu małych dzieci
- Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
- Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi
- Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
- Dodatkowy zestaw rączek bocznych służących do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze
- Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
- Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi
- Waga noszy 22 kg, zgodne z wymogami normy PN EN 1865

Sprawę prowadzi: Teresa Gurdziel
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
tel. 571334858

- Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy
- Obciążenie dopuszczalne 250 kg

Transporter noszy głównych rozłącznych

- Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu
- Szybki i łatwy system połączenia z noszami
- Regulacja wysokości w 7 poziomach – system ALS Automatyczny System Blokujący umożliwiający podniesienie noszy bez potrzeby uruchamiania żadnych blokad, dźwigni
- Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy
- Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia
- Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360°, 2 kółka wyposażone w hamulce
- Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem w budynkach i poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost
- Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg
- Waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865
- Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodnie z wymogami normy PN EN 1789
- Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Ssaka:

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 5,6 kg spełniający pozostałe wymagania specyfikacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Patrząc na niespotykaną wysokość kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ich wysokości 0,5% do 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7 dni i 0,3% wartości brutto umowy za każdy następny dzień opóźnienia (dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. a) oraz zmniejszenie wysokości kar z 0,5% do 0,2% od wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7dni i 0,3% wartości brutto umowy za każdy następny dzień opóźnienia (dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. b)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Zważając na to , że termin dostarczenia ambulansu jest niezwykle krótki chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie ambulansu do 17 października, zaś Wykonawca uzupełni przedmiot zamówienia o nosze opisane w SIWZ do 31 października ?Chciałbym wyjaśnić, że na firmę zabudowującą spadają wszystkie obwarowania wynikające z kar umownych i nie możemy dać gwarancji, że producent dostarczy nam nosze do 17 października. Oferty wysyłane przez

producenta sprzętu są z terminem 45 dniowym. Dopuszczenie tego zapisu jest niezwykle ważne, ponieważ niedopuszczenie grozi nie złożeniem konkurencyjnej oferty. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej pomocy w znalezieniu i zamontowaniu noszy zastępczych/demonstracyjnych do czasu dostarczenia nowych przez producenta sprzętu medycznego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Otrzymują:

1. Strona internetowa
3. a/a

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzlecu
[Signature]
Teresa Gurdziel

St. specjalista
ds. zamówień publicznych
WS - SP ZOZ w Zgorzlecu
mgr Radosław Jabłoński

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl