



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 52/ZP/2018
DZP/ 533 /2018

Zgorzelec, dnia 31.12.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego do badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 j.t. ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE UMOWY

1. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 8 oraz 8B do SIWZ poprzez zmianę treści par. 2 ust. 1 pkt 3 na treść: „przedmiot umowy będzie nieodpłatnie przechowywany w Magazynie j/w. (zgodnie ze stworzoną przez Wykonawcę wspólnie z Zamawiającym - instrukcją o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego - stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy) i do czasu pobrania go z Magazynu - pozostaje własnością Wykonawcy.”
2. **Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 8 oraz 8B do SIWZ poprzez dodanie do par. 2 ust. 6 pkt. 3 zdania o treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z magazynu depozytowego przez Zamawiającego.”**

Odp. 1. Zdaniem Zamawiającego – „pobranie” sprzętu z magazynu depozytowego - nie jest jednoznaczne z jego wykorzystaniem do zabiegu medycznego (pobrany sprzęt może zostać zwrócony w stanie nienaruszonym do magazynu np. wskutek pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, uniemożliwiającego przeprowadzenie zabiegu).

Odp. 2. Zamawiający nigdy w trosce o zdrowie pacjenta nie wszczepiłby mu sprzętu, który utracił termin ważności.

W związku z powyższym - Zamawiający nie widzi potrzeby zmian umowy w wymienionym zakresie.

PYTANIE NR 2

Pytanie 1 do Pakietu 9 poz. 2 pkt 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do trombektomii dostępny tylko w wersji 6 F?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

Pytanie 2 do Pakietu 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy dostawy przedmiotu zamówienia z depozytu na sukcesywne dostawy wg terminów uzgodnionych z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE NR 3

Pytanie 1, dotyczy zadania 1 poz.8:

Mając na uwadze możliwość zaferowania wszystkich pozycji asortymentowych w zakresie zadania NR 1 ZGODNIE Z SIWZ (8 pozycji asortymentowych) - prosimy o dopuszczenie Y-konektorów z podwójną zastawką, do wyboru Zamawiającego wersja push-pull oraz push-click o płynnej regulacji zacisku, umożliwiające łatwe wprowadzenia przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki (zgodnie z SIWZ). Średnica zastawki umożliwi wprowadzenia cewnika do wnętrza naczynia w rozmiarach od 0F- 8F z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym blokowaniem. Odgałęzienie boczne posiada wbudowany przedłużacz i kranik, dostępna jest także wersja bez przedłużacza i kranika, z zakończeniem LUER.

Odp. Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zgodnie z opisem ujętym w SIWZ.

PYTANIE NR 4

Pytanie 1: Czy w Zadaniu 15 poz. 2 Zamawiający oczekuje cewnika przedłużającego "cewnik -matkę", typu rapid exchange, z dostępną opcją z integralnym balonem blokującym przewodnik oraz dostępną średnicą 5,5F?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

Pytanie 2: Czy w Zadaniu 15 poz. 1 Zamawiający dopuści cewnik Rx o średnicy zewnętrznej 0,0675" zamiast 0,067" oraz świetle wewnętrznym 1,49mm zamiast 1,50mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

PYTANIE NR 5

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 8 załącznika nr 3 do siwz przewodników hydrofilnych o dostępnych końcówkach: prostej lub zagiętej 45° (pkt.5). Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

PYTANIE NR 6

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
- w wysokości 0,2% wartości umownej **brutto części** przedmiotu dostawy nie dostarczonej w terminie lub wadliwej – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - do dnia wykonania umowy - bez wad, dotyczy również terminów wynikających z zapisów § 2 pkt. 7 i 8 oraz § 3 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej lub wadliwej części przedmiotu dostawy**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE NR 7

Pytanie do pakietu nr 1:

Czy Zamawiający zgodzie się na wyłączenie z pakietu nr 1 „Sprzęt pomocniczy” punktu szóstego, zawierającego opis ramp?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie do pakietu nr 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu nr 3 punktu 3 oraz 4, dotyczących cewników balonowych półpodatnych i niepodatnych oraz stworzenie dla nich oddzielnego pakietu?

Opis oferowanego produktu spełnia kryteria SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
mgr Aneta Mrygoń

7-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

mgr Radosław Jabłoński

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl