



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel./fax: +48 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec 2019-03-27

DZP/148/2019

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

**dotyczy postępowania: SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA KRWI UTAJONEJ I NARKOTYKÓW W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA TESTÓW IMMUNOCHROMATYCZNYCH**

W związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami):

### Zapytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

#### ZAPYTANIE NR 1

Poniższy wniosek oraz pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 w przedmiotowym postępowaniu:

Zwracamy uwagę, że obecny zapis SIWZ ogranicza konkurencję do produktów firmy BioMaxima, która jako jedyna oferuje testy opisane przez Zamawiającego w pakiecie 1, co jest naruszeniem przepisów zawartych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy PZP.

Za absolutnym ograniczaniem konkurencji idą również rażąco wygórowane ceny a wyróżnianie podmiotu oferującego wysokie ceny narusza zapisy ustawy (z dnia 17. Grudnia 2004 r.) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niezależnie od tego faworyzowanie podmiotu oferującego rażąco wysoką cenę może być uznane za naruszanie prawa konkurencji opisanego w aktach wyższego rzędu.

Ponad to, opisanie przedmiotu zamówienia w nazbyt szczegółowy sposób budzi podejrzenie o naruszenie art. 7 ust. 1 PZP, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu.

Pragniemy zauważyć, że obecnie na rynku dostępne są testy o znacznie lepszych parametrach, szybkie i dokładne, niewymagające użycia dodatkowych sprzętów, opracowane w oparciu o najnowsze technologie oraz, co bardzo istotne, wcale nie gorszych cenach. Bazowanie na rozwiązaniach sprzed kilkunastu, proponowanych przez konkurencyjne firmy naraża Zamawiającego na koszty oraz nieefektywne zarządzanie czasem oraz powierzchnią (koszt oraz czas poświęcony na powtarzanie badań lub dodatkowe badania, korzystanie z analizatora lub czytnika, powierzchnia potrzebna do pracy analizatora/czytnika, komputera, drukarki, serwis tych urządzeń).

#### 1. Dot. poz. 1

Czy z uwagi na powyższe Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie kasetkowego testu niewymagającego korzystania z czytnika, do jakościowego oznaczania FOB? Test nie wymaga zastosowania diety, wykrywa hemoglobinę ludzką w trzech następujących stężeniach (do wyboru przez Zamawiającego):

- 10 ng/ml
- 40 ng/ml
- 50 ng/ml

Wykonaniu testu nie towarzyszy efekt Hook'a. Podane punkty detekcji są znacznie lepsze niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Ponadto oferowane testy są specyficzne względem ludzkiej hemoglobiny na poziomie <99,00%, nie wykazują reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą do stężenia 1 ng/ml oraz bilirubiną, witaminą C, kwasem szczawiowym, kwasem moczowym, kwasem acetylosalicylowym, mocznikiem, glukozą, kofeiną i albuminą.

Zestawy testowe zawierają również wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania testu oraz materiały kontrolne.

**Odp. Zamawiający w poz 1 (krew utajona w kale) nie dopuszcza testu niewymagającego korzystania z czytnika. Oferowane testy muszą mieć możliwość odczytu na czytniku.**

#### 2. Dot. poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie panelowego testu do jednoczesnego wykrywania narkotyków w moczu o następujących punktach odcięcia:

- AMP / amfetamina – 300 ng/ml
- BAR / barbiturany – 300 ng/ml
- BZD / benzodiazepiny – 200 ng/ml
- COC / kokaina – 100 ng/ml
- MDMA ekstaza – 500 ng/ml
- MET / metamfetamina – 300 ng/ml
- OPI / opiaty w tym morfina 300 ng/ml
- MTD / metadon – 300 ng/ml
- TCA / trójcykliczneantydepresanty – 1000 ng/ml
- THC / marihuana – 25 ng/ml

Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku.

Dla każdej substancji przewidziane jest odpowiednio oznaczone osobne pole testowe dzięki czemu pomiar jest bardziej czytelny i nie ma możliwości pomyłki odczytu dla danej substancji.

### 3. Dot. testów paskowych do wykrywania narkotyków

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kasetkowych testów immunochromatograficznych do wykrywania substancji aktywnych podanych w SIWZ; niewymagających użycia analizatora ani dodatkowych urządzeń. Testy kasetkowe charakteryzują się łatwością, szybkością wykonania oraz wysoką dokładnością i następującą czułością:

- AMP 300 ng/ml
- MTD 300 ng/ml
- MET 300 ng/ml
- THC 25 ng/ml
- BZD 200 ng/ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w poz 5 (Testy kasetowe 10 parametrowe do wykrywania narkotyków AMP, BZD, MDMA MOR, THC, BAR, COC, MET, TCA, MTD) - o punktach odcięcia wskazanych w zapytaniu.**

**Powyższe parametry będą oceniane przez Zamawiającego – zgodnie z wymogami tabeli nr 10.**

### Dot. poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie panelowego testu do jednoczesnego wykrywania narkotyków w moczu o następujących punktach odcięcia:

- AMP / amfetamina – 300 ng/ml
- BAR / barbiturany – 300 ng/ml
- BZD / benzodiazepiny – 200 ng/ml
- COC / kokaina – 100 ng/ml
- MDMA ekstaza – 500 ng/ml
- MET / metamfetamina – 300 ng/ml
- OPI / opiaty w tym morfina 300 ng/ml
- MTD / metadon – 300 ng/ml
- TCA / trójcykliczneantydepresanty – 1000 ng/ml
- THC / marihuana – 25 ng/ml

Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku.

**Odp. Zamawiający w poz 6 (Testy paskowe do wykrywania AMP, BZD, MDMA MOR, THC, BAR, COC, MET, TCA, MTD) dopuszcza zastosowanie panelowego testu paskowego.**

**Powyższe parametry będą oceniane przez Zamawiającego – zgodnie z wymogami tabeli nr 10.**

### **ZAPYTANIE NR 2**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań eksperckich określonych w pkt 4 i pkt16 tabeli 8 (Formularz cenowy) przez laboratorium firmy Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych, Sowa-med Sp. z o.o. w Gdańsku ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie,**

2. Czy Zamawiający zezwala na naliczanie kar umownych określonych w §9 umowy w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy zamawiający potwierdza, z informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia „Wymogi graniczne dla testów immunochromatograficznych kasetowych, jakościowych do wykrywania krwi utajonej wraz z materiałem kontrolnym dedykowanym do tych testów.”, że czytnik do testów wykrywających krew utajoną w kale, powinien być skalibrowany do µg/g kału?

**Odp. Zamawiający wymaga immunochromatograficznych testów kasetkowych do oznaczania krwi utajonej w kale zgodnie z punktem 1 tab.1. Czytnik do powyższych testów powinien być skalibrowany na odczyt wyników pół testowych w kasetce do oznaczania krwi utajonej w kale oraz umożliwiać interpretację uzyskanych wyników przez oprogramowanie kompatybilne z komputerem zgodnie z pkt.6 tab.5.**

### ZAPYTANIE NR 3

**Dotyczy:** załącznik nr 3 Tabela 8 Formularz cenowy

4. Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie, co rozumie poprzez pojęcie: cena jedn. netto? Czy Wykonawca powinien podać cenę za 1 szt/1 ml czy też cenę za opakowanie?

**Odp. W tabeli 8 w kolumnie „ilość” zamawiający określił przewidywane zapotrzebowanie na okres 36 miesięcy. Natomiast w kolumnie „Ilość op/szt.” – wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje - w zależności od sposobu konfekcjonowania oferowanego przez siebie asortymentu.**

Zamawiający wymaga w pozycji 8 - Testów paskowych do wykrywania metamfetaminy – w ilości 270 szt. W przypadku, gdy wykonawca oferuje testy pakowane po 17 szt wpisuje to w tej kolumnie (op/17szt). Natomiast w kolumnie „Cena jed. netto” wpisuje cenę za to opakowanie. Należy przy tym pamiętać aby dokonać stosownych przeliczeń i zmian w tabeli (kolumna „ilość”).

W przypadku gdy obliczone ilości oferowanego asortymentu przekroczą (tzn. nie są równe) przewidywaną ilość wskazaną przez zamawiającego, a powyższe wynika ze sposobu konfekcjonowania – należy zaoferować pełne opakowania (16 opakowań x17 =272 szt).

Z poważaniem

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzlecu  
mgr inż. Agata Gabrielska

Z-ca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
WS SP ZOZ w Zgorzlecu  
mgr Nadosław Jabłoński

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA  
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl**