



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 38/ZP/2019  
DZP/504/2019

Zgorzelec, dnia 08.10.2019r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### **Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego WS-SPZOZ w Zgorzelcu**

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 07.10.2019r. pismo znak: DZP/503/2019, która otrzymuje brzmienie:

#### **Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia określony przez Wykonawcę, jak niżej:**

„Krzesełko płozowe

Wykonane z materiału zabezpieczonego przed korozją.

System płozowy do transportu pacjenta po schodach.

Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia.

Obrotowe kółka tylne większe i przednie mniejsze

Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.

Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach.

4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°.

Uchyłne rączki tylne.

Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach.

Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka 30°.

Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm.

Stabilizator głowy pacjenta.

Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiająca ześlizgnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach 240x85 mm.

Min. 3 pasy poprzeczne w odróżnieniu kolorystycznym.

Waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg.

Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm.

Możliwość mycia ciśnieniowego

Udźwig 227 kg”.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż dokumenty wymagane przez Zamawiającego jako potwierdzenie, iż **oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego**, szczegółowo zostały wskazane w punkcie 7.6 SIWZ.

**Z uwagi na zmianę udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 07.10.2019r. pismo znak: DZP/503/2019 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

- **NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 11.10.2019r. do godz. 12:00,**

- **NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – w dniu 11.10.2019r. o godz. 12:30.**

**Zamawiający zmienia SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie i publikuje zmienione dokumenty na swojej stronie internetowej [www.spzoz.zgorzelec.pl](http://www.spzoz.zgorzelec.pl)**

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Agnieszka Horodecka  
Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

1) Strona internetowa zamawiającego: [www.spzoz.zgorzelec.pl](http://www.spzoz.zgorzelec.pl)

2) A/a

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Horodecka

e-mail:

[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)