



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubañska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 42/ZP/2019  
DZP/522/2019

Zgorzelec, dnia 23.10.2019r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych), opatrunków oraz drobnego sprzętu medycznego – II.**

Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania Wykonawców – pismo Nr DZP/513/2019 z dnia 17.10.2019r. następującej treści:

### PYTANIE NR 1

**Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 ( a nie, jak omyłkowo wskazano w zapytaniu Wykonawcy - poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H<sub>2</sub>O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem spełnienia wymogu możliwości stosowania filtra do 24 godzin.**

**Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 ( a nie, jak omyłkowo wskazano w zapytaniu Wykonawcy - poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l H<sub>2</sub>O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno luer-lock, pakowany pojedynczo?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem spełnienia wymogu możliwości stosowania filtra do 24 godzin.**

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

**NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 28.10.2019r. do godz. 12:00**

**NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – w dniu 28.10.2019r. o godz. 12:30**

**Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zmienia SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie i publikuje zmienione dokumenty na swojej stronie internetowej.**

Z poważaniem

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
mgr Aneta Mrygoń

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) strona Internetowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi:  
e-Mail:

Aneta Mrygoń  
[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)