



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Zgorzelec, dnia 28.11.2019r.

Numer sprawy 42/ZP/2019  
DZP/ 585 /2018

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych), opatrunków oraz drobnego sprzętu medycznego – II.

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając w myśl art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 j.t., ze zmianami) **informuje o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 2** - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.– tj. z uwagi, iż **nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.**

#### Odrzucono oferty złożone przez Wykonawców:

##### 1) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

- na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

a) Zamawiający w poz. 1 pakietu j/w wymagał zaoferowania cewników Foleya we wskazanych rozmiarach, ze wszystkimi opisanymi pojemnościami balonów do dowolnego wyboru Zamawiającego, tj. wymagał zaoferowania cewników: CH6,CH8,CH10 x 2 poj. balonów1) 3 ml i 3-5 ml – Wykonawca zaoferował cewnik CH6 o poj. 3ml i cewniki CH8 i CH10 - o poj. 3-5ml – tj. bez wymaganej rozmiarówki balonów.

##### 2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.K ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

- na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca - mimo wezwania Zamawiającego z dnia 20.11.2019r - nie potwierdził, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i nie przekazał Zamawiającemu uzupełnienia katalogu/prospektu /folderu – w którym winien ująć brakujące informacje, a dot:

- a) w poz. 9) cewnik Pezzer – informację o przedmiocie oferowanym w rozmiarze CH10,
- b) w poz.19) cewnik do embolektomii j.u. sterylny – informację dot. widoczności przedmiotu w promieniach RTG .

z poważaniem

**DYREKTOR**

**Wielospecjalistycznego Szpitala -  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Zofia Barczyk**

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi:

Aneta Mrygoń