



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 7/ZP/2020
DZP/ 124 /2020

Zgorzelec, dnia 17.03.2020r

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy stymulatorów do zabiegów kardiologicznych - depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) oraz użyczenie analizatora i programatora

ZAPYTANIE NR 1

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1 do Pakiet 1, Parametry graniczne i wymagane, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości w torze przedsiorkowym w zakresie 0,5..7,5[mV]?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 2 do Pakiet 1, Parametry graniczne i wymagane, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego przedmiotu (pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ) – przy jednoczesnej zmianie punktacji za parametry techniczne:

- 1 pkt za posiadaną możliwość badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem,
- 0 pkt. za brak możliwości j/w.

Pytanie 3 do Pakiet 2, Parametry graniczne i wymagane, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego przedmiotu (pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ) – przy jednoczesnej zmianie punktacji za parametry techniczne:

- 1 pkt za posiadaną możliwość badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem,
- 0 pkt. za brak możliwości j/w.

Pytanie 4 do Pakiet 2, Parametry graniczne i wymagane, pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy o pojemności baterii min. 950 mAh? Przewidywana żywotność przy nastawach nominalnych (at A/V: 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω; pacing: 50 %) powyżej 11lat 4miesiące

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 20.03.2020r – na dzień 24.03.2020r (godzina składania i otwarcia ofert – bez zmian).

Zmienione ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz Załącznik nr 3 do SIWZ zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „ZMIANA_1”.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

Agnieszka Horodecka
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Aneta Mrygoń
Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych

Otrzymują:

- 1) www.spzoz.zgorzelec.pl
- 3) a/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl